RUGALMASTERÜLET-NYILVÁNTARTÁS

a NAH-1-1880/2025 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Foglalkozásegészségügyi Laboratórium

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/ mérési módszer azonosítója
Vér	Cink-protoporfirin ZP/haem arány fluorometria alsó méréshatár: 15 µmol ZP/ mol haem	MU-BEM-207:2025
Vér	Kadmium alsó méréshatár: 0,009 µmol/l atomabszorpciós spektrofotometria, ETA-AAS	MU-BEM-206:2026
Vér	Ólom alsó méréshatár: 0,30 µmol/l atomabszorpciós spektrofotometria, ETA-AAS	MU-BEM-206:2026
vér	Ólom induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS alsó méréshatár: 0,30 µmol/l	MU-BEM-215:2026
vér	Kadmium induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS alsó méréshatár: 0,005 µmol/l	MU-BEM-215:2026
Vizelet	Mandulasav alsó méréshatár: 210 µmol/l folyadékkromatográfia, DAD	MU-BEM-201:2025
Vizelet	Metil-hippursavak alsó méréshatár: 744 µmol/l folyadékkromatográfia, DAD	MU-BEM-201:2025
Vizelet	2,5-Hexándion gázkromatográfia, FID, alsó méréshatár: 2 µmol/l	MU-BEM-202:2026
Vizelet	Fenol gázkromatográfia, FID, alsó méréshatár: 60 µmol/l	MU-BEM-202:2026
vizelet	o-krezol gázkromatográfia, FID, alsó méréshatár: 1 µmol/l	MU-BEM-202:2026
Vizelet	Minta előkészítése kreatinin vizsgálathoz	MU-BEM-217:2026
Vizelet	Higany hideggőzös atomabszorpciós spektrofotometria, alsó méréshatár: 0,012 umol/L	MU-BEM-204:2026
Vizelet	Fluorid potenciometria, ionszelektív elektróddal alsó méréshatár: 12 µmol/l	MU-BEM-208:2026

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/ mérési módszer azonosítója
Vizelet	Triklór-ecetsav, gázkromatográfia tömegspektrometria, GC-MS (SIM) alsó méréshatár: 14,45 µmol/l	MU-BEM-209:2025
Vizelet	Poláris szerves vegyületek meghatározása LC-MS/MS módszerrel S-fenil-merkaptursav: alsó méréshatár: 0,03 µmol/l, folyadékkromatográfia tömegspektrometria, LC-MS/MS	MU-BEM-210:2026
Vizelet	Poláris szerves vegyületek meghatározása LC-MS/MS módszerrel p-nitro-fenol: alsó méréshatár: 1,0 µmol/l, folyadékkromatográfia tömegspektrometria, LC-MS/MS	MU-BEM-210:2026
Vizelet	Poláris szerves vegyületek meghatározása LC-MS/MS módszerrel mandulasav: alsó méréshatár: 100 µmol/l, folyadékkromatográfia tömegspektrometria, LC-MS/MS	MU-BEM-210:2026
Vizelet	Poláris szerves vegyületek meghatározása LC-MS/MS módszerrel metilhippursavak: alsó méréshatár: 100 µmol/l, folyadékkromatográfia tömegspektrometria, LC-MS/MS	MU-BEM-210:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Króm: alsó méréshatár: 0,019 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Nikkel: alsó méréshatár: 0,012 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Kobalt: alsó méréshatár: 0,016 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Vanádium: alsó méréshatár: 0,061 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/ mérési módszer azonosítója
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Alumínium: alsó méréshatár: 0,470 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Arzén: alsó méréshatár: 0,096 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Szelén: alsó méréshatár: 0,136 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Kadmium: alsó méréshatár: 0,0017 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Réz: alsó méréshatár: 0,058 µmol/l, induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Mangán: alsó méréshatár: 0,019 µmol/L induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Jód: alsó méréshatár: 0,24 µmol/L induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Nyomelemek meghatározása ICP-MS módszerrel Higany: alsó méréshatár: 0,013 µmol/L induktív csatolású plazma tömegspektrometria, ICP-MS	MU-BEM-211:2026
Vizelet	Poláris szerves vegyületek meghatározása GC-MS (SIM) módszerrel, Anilin, alsó méréshatár: 0,21 µmol/L, gázkromatográfia-tömegspektrometria, GC-MS (SIM)	MU-BEM-212:2026

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/ mérési módszer azonosítója
Vizelet	Poláris szerves vegyületek meghatározása GC-MS (SIM) módszerrel 4,4'-diamino-difenil-metán, (MDA): alsó méréshatár: 0,0052 µmol/l, gázkromatográfia tömegspektrometria, GC-MS (SIM)	MU-BEM-212:2026
Vizelet	Poláris szerves vegyületek meghatározása GC-MS módszerrel 4,4'-metilén-bis(2-klóranilin), (MOCA): alsó méréshatár: 1,50 µmol/l, gázkromatográfia tömegspektrometria, GC-MS	MU-BEM-212:2026
Vizelet	N-metilformamid, alsó méréshatár: 1,5 mg/l, gázkromatográfia tömegspektrometria, GC-MS (SIM)	MU-BEM-213:2025
Vizelet	Illékony komponensek Metanol alsó méréshatár: 3 mg/ headspace gázkromatográfia-tömegspektrometria, HS-GC-MS (SIM)	MU-BEM-214:2026
Vizelet	Illékony komponensek Diklórmetá alsó méréshatár: 0,03 mg/l headspace gázkromatográfia-tömegspektrometria, HS-GC-MS (SIM)	MU-BEM-214:2026
Vizelet	Illékony komponensek n-butil-alkoho alsó méréshatár: 0,067 mg/l headspace gázkromatográfia-tömegspektrometria, HS-GC-MS (SIM)	MU-BEM-214:2026
Vizelet	Illékony komponensek Metil-izobutil-keton alsó méréshatár: 0,35 mg/l)headspace gázkromatográfia-tömegspektrometria, HS-GC-MS (SIM)	MU-BEM-214:2026
Vizelet	Illékony komponensek Metil-etil-keton alsó méréshatár: 0,2 mg/l headspace gázkromatográfia-tömegspektrometria, HS-GC-MS (SIM)	MU-BEM-214:2026
Vizelet	Illékony komponensek Aceton alsó méréshatár: 2,5 mg/l headspace gázkromatográfia-tömegspektrometria, HS-GC-MS (SIM)	MU-BEM-214:2026
Vizelet	Illékony komponensek Tetrahidrofurán alsó méréshatár: 0,2 mg/l headspace gázkromatográfia-tömegspektrometria, HS-GC-MS (SIM)	MU-BEM-214:2026
Vizelet	Fenol GC-MS (SIM), alsó méréshatár: 57 µmol/l	MU-BEM-216:2026

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/ mérési módszer azonosítója
Vizelet	o-krezol, GC-MS (SIM), alsó méréshatár: 0,4 µmol/l	MU-BEM-216:2026
Vizelet	2,5-hexándion, GC-MS (SIM), alsó méréshatár: 1,8 µmol/l	MU-BEM-216:2026
Vizelet	5-hidroxi-2-N-metil-pirrolidon, LC-MS/MS, alsó méréshatár: 3,0 mg/L	MU-BEM-218:2026
Vizelet	5-hidroxi-2-N-metil-pirrolidon, LC-MS/MS, alsó méréshatár: 3,0 mg/L	MU-BEM-218:2026

SYNLAB Budapest Diagnosztikai Központ Klinikai Kémia Laboratórium

A vizsgált termék/anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója
Vizelet	Kreatinin Spektrofotometria alsó méréshatár: 88 µmol/L	BLOSR6X204 EU 03

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -

NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG

Dócs Nikoletta
osztályvezető
elektronikusan aláírva