

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintaszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
	Nemzetközi Synlab hálózat vizsgálatait külön táblázatban találhatók.											
	**Reggel 7 és 9 óra között (javasolt éhgyomorral)	■										
	**Éhgyomorral (12 órás éhezést követően)	▲										
	** A vérvétel után azonnali fagyasztást igénylő vizsgálat	◆										
	** A vérvétel napján (ha az aznapi szállítás nem megoldható) fagyasztást igénylő vizsgálat	●										
1	17-OH-progeszteron (17OHP)	■ ●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					*	*	6 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
2	25-hidroxi-D-vitamin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 nap	6 hónap	
3	Acethylcholin receptor elleni autoantitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap		
4	Adiponektin	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		*	*	6 hónap	*Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
5	Adrenocorticotrop hormon (ACTH)	■ ◆	Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		Nem tárolható	Nem tárolható	Nem tárolható	* Nem tárolható	* Nem tárolható	1 hónap	*! Vérvétel után a csövet azonnal centrifugálni, a plazmát mádlagos csőbe leönteni és -20 °C-ra fagyasztani szükséges legalább 12 óráig. Fagyasztva szállítandó.
6	Aktív B12 vitamin (Holotranszkobalamin)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					5 nap	14 nap	6 hónap	
7	Aktivált parciális thromboplasztin idő (APTI)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		* 4 óra			* 4 óra	* 4 óra	14 nap	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
8	Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	Nem tárolható	
9	Albumin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			30 nap	4 hónap	
10	Albumin, liquor		Liquor	Fehér kupakos vérvételi cső					-	3 nap	6 hónap	A centrifugált liquor felülúszója tárolható.
11	Aldoszteron	■ ◆	Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)					*Nem tárolható	* 5 nap	1 hónap	*! Reninrel együtt kérve vérvétel után a csövet azonnal centrifugálni, a plazmát leönteni és -20 °C-ra fagyasztani szükséges legalább 12 óráig. Fagyasztva szállítandó. Vérvétel előtt minimum 30 perces állás és vagy fekvés szükséges.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
12	Alfa-1 antitripszin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap	3 hónap	
13	Alfa-amiláz		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		7 nap	30 nap		
14	Alfa-fetoprotein (AFP), tumorantigén		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		5 nap	14 nap	6 hónap	
15	Alkalikus foszfatáz	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		7 nap	7 nap	2 hónap	
16	Alkalikus foszfatáz, csontspecifikus izoenzim	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			3 nap	3 hónap	
17	Allergénspecifikus IgE (atopia panel)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap		
18	Allergénspecifikus IgE (nutritív, inhalatív, atopiás, méh-darázs extraktum és komponens alapú allergének)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
19	Alzheimer-kór kockázatbecslés		Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		Nem tárolható	Nem tárolható	Nem tárolható			3 hónap	A mintát a vérvételt követő két órán belül centrifugálni és fagyasztani kell. A minta 24 órás fagyasztás után szállítható a laboratóriumba.
20	AMA, simaizom elleni , retikulín elleni, LKM, endothel, parietális sejt elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
21	Amiláz, testnedv		Testnedv	Adalékmentes dugós műanyag cső		2 nap	10 nap	Nem tárolható	-	-	-	
22	Amiláz, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső		2 nap	10 nap	Nem tárolható	-	-	-	
23	ANA BLOT		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
24	ANA ELISA		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	5 nap	6 hónap	
25	ANA Hep-2 IF		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	48 óra	6 hónap	
26	ANCA mintázat, titer, MPO/PR-3		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
27	ANCA profil: laktoferrin, katepszin G, elasztáz, BPI lizozim antitestek		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
28	Androszténdion	■ ●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						* 24 óra	2 hónap	*Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
29	Annexin V IgG/IgM		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
30	Anti-C1q		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
31	Anti-Müllerian Hormon (AMH plusz)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	az analízisig	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
32	Anti-streptolizin O (AST/ASO), kvalitatív		Szérum	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	6 hónap	
33	Antithrombin III	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			* 4 óra	*	1 hónap	*! Mintavétel után centrifugálni 3500 rpm-n 15 percig. A plazma felső 2/3-át szekunder csőbe leszívva, a plazmát újrafugálni 3500 rpm-n 15 percig, majd ennek a felső 2/3-át 1-1,5 ml-ként tercier csővekbe átszívni. - 20 °C-ra fagyasztani szükséges minimum 12 óráig. Fagyasztva szállítandó. Az alkalmazott gyógyszeres terápiát, illetve annak felfüggesztését a kérlapon fel kell tüntetni. Mintamennyiségek: - Egy teljes thrombophilia panel esetében 6-7 primer 3,5 mL cső levétele szükséges a 3.5 mL-es citrátosból. Ezekből legalább 5 szekunder csövet kell készíteni úgy, hogy minimum 1-1,5 mL plazma legyen mindegyik csőben. - Egyedi alvadási vizsgálatok esetén vizsgálatonként 1 db primer cső levétele szükséges. - Szekunder csövek tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni: 2-3 vizsgálat esetén min. 2 szekunder cső szükséges 4-5 vizsgálat esetén min. 3 szekunder cső szükséges 5 vagy több vizsgálat esetén min. 5 szekunder cső szükséges. A speciális alvadási vizsgálatokra vonatkozó részletes minta kezelési tájékoztató is elérhető. https://www.synlab.hu/torteneq7q7p0cUAPcPz3uayaJn0wKVIooDmubpXqY8nbBC.pdf
34	Anti-Xa	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			* 4 óra	*	1 hónap	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
35	APC rezisztencia	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			* 4 óra	*4 óra	6 hónap	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
36	Aquaporin-4 (NMO) antitest		Szérum	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
37	Arzén vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			14 nap	30 nap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
38	ASCA IgG/IgA		Szérum	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
39	Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT)	▲	Szérum	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap		
40	Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei (BMZ + dezmoszóma)		Szérum	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
41	Autoimmun májbetegség autoantitest profil: AMA2, LKM1, LC, SLA, dezmin, myozin, F-aktin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
42	Autoimmun myositis autoantitest profil: Jo-1, PM/Sci, Ku, SRP, Mi-2, Pl-7, Pl-12		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
43	B12 vitamin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		2 óra	2 nap	56 nap	
44	Béta-2 mikroglobulin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	3 hónap	
45	Béta-2 mikroglobulin, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			7nap	* Nem tárolható	-	-	-	A páciens ürítse ki a hólyagját, majd ezt követően igyon 1 pohár vizet és 1 óra múlva ürítse ki újból. Ebből kell egy csőben a meghatározásra küldeni a mintát. * Nem fagyasztható.
46	Béta-crosslaps	■ ●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					*6 óra	*8 óra	3 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
47	Bilirubin, konjugált	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	Szállítás és tárolás alatt a mintát fénytől kell védeni.
48	Bilirubin, total	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	Szállítás és tárolás alatt a mintát fénytől kell védeni.
49	C reaktív protein (CRP)/ ultraszenzitív CRP	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 hónap	3 év	
50	C1 eszteráz inhibitor (aktivitás)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					*Nem tárolható	*6 óra	1 hónap	*! Vérvétel után a csövet azonnal centrifugálni, a plazmát másodlagos csőbe leönteni és -20 °C-ra fagyasztani szükséges legalább 12 óráig. Fagyasztva szállítandó.
51	C1 eszteráz inhibitor (antigén)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					Nem tárolható	8 nap	1 év	
52	CA 125		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	5 nap	6 hónap	
53	CA 15-3		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	3 hónap	
54	CA 19-9		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			30 nap	3 hónap	
55	CA 72-4		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	3 hónap	
56	Calprotectin		Széklek	Speciális mintavételi eszköz			4 nap	6 hónap	-	-	-	A mintavételi eszköz a laboratóriumból igényelhető ld. a speciális mintavételi tájékoztatót is. A nem előírás szerint vett minta (túltöltés/ kevés minta) vizsgálatra nem alkalmas. https://www.synlab.hu/storage/DocZZGjvPocFLt9dNey2cP7/NERTP8M1uHW.pdf
57	Carcino-embriónális antigén (CEA)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
58	CCP elleni antitest (Anti-CCP)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			3 nap	1 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérumból minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérumból, plazmából)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
59	CD4+/CD8+ sejtarány	■	Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		24 óra			-	-	-	Mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján, kedden és csütörtökön de. 9:30-ig
60	Celluláris immunstátusz	■	Teljes vér	Zöld (Li heparinos) és lila (EDTA) kupakos vérvételi cső		24 óra			-	-	-	Mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján, kedden és csütörtökön de. 9:30-ig
61	Chromogranin A		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	2 hónap	Mintavétel előtt 2 héttel a gyomorsavszekréciót gátló gyógyszert ki kell hagyni.
62	Cink - szérumból		Szérumból	Sötétkék kupakos nyomelemes cső		* Nem tárolható	* Nem tárolható	* Nem tárolható		14 nap	1 hónap	* Mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges (mivel nincs gélszeparátor). A szekunder csöveket sötétkék jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges. Hűtve (+4°C) tárolandó és szállítandó.
63	Cink ejakulátumból	◆	Szeminális plazma	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros fedelű műanyag pohár		* 4 óra	*	2 hónap	-	-	-	*! Az ejakulátumot a mintaadás után azonnal fagyasztani szükséges -20°C-ra vizsgálatonként külön-külön. (pl. három vizsgálat esetén három fagyasztott frakció szükséges) Fagyasztva szállítandó.
64	Cisztatin C		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	3 hónap	
65	CK (Kreatin-kináz)	▲	Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
66	CK-MB (Kreatin-kináz, MB izoenzim)	▲ ●	Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					* 5 óra	* 12 óra	3 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20°C-ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
67	COLON AIQ (Multigénese kolorektális rák rizikóteszt)		Teljes vér	STRECK cső (alvadésgátló + DNS stabilizáló)		4 nap			-	-	-	Mintavétel után a csövet 8-10-szer átforgatni szükséges. A mintát hűteni fagyasztani tilos, rázkódástól, fénytől védeni szükséges.
68	COVID-19 (SARSCoV2) elleni Neutralizáló antitest		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)	1 db 4ml-es cső		24 óra		-	-	-	Mintavétel kizárólag a felsorolt SYNLAB helyszíneken lehetséges időpontegyeztetés után: Podmaniczky utca, Mamut, Megyeri út, Ó utca, Árkád, János kórház, Allé, Budafok, Budagyöngye vérvételi helyek.
69	COVID-19 (SARSCoV2) Tüskefehérje elleni T-sejtes immunválasz		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)	2 db 4ml-es cső		24 óra		-	-	-	Mintavétel kizárólag a felsorolt SYNLAB helyszíneken lehetséges időpontegyeztetés után: Podmaniczky utca, Mamut, Megyeri út, Ó utca, Árkád, János kórház, Allé, Budafok, Budagyöngye vérvételi helyek.
70	Cöliakia specifikus antitestek: tTG IgA/IgG		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
71	Cöriuloplazmin	▲	Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	3 hónap	
72	C-peptid	■ ◆	Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					* Nem tárolható	* Nem tárolható	1 hét	*! Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérumból azonnal lefagyasztandó -20°C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyasztva szállítandó.
73	Cyfra 21		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		7 nap	30 nap	6 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
74	DAO - Hisztamin intolerancia		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		4 nap	9 nap	6 hónap	
75	Dehidro-epiandrosteron-szulfát (DHEA-S)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 nap	2 hónap	
76	D-dimer, quantitativ		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			* 4 óra	*24 óra	4 hét	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
77	Digoxin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		7 nap	14 nap	6 hónap	
78	Drog teszt 5 vagy 12 paraméteres		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			48 óra	az analízisig	-	-	-	A nap bármely időpontjában vett spontán ürített vizelet; ha csapadékot tartalmaz a minta, le kell centrifugálni; a vizsgálatot a lehető leghamarabb el kell végezni.
79	ds-DNS		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
80	EMA IgA		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
81	EMA IgG		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
82	ENA (Sm, RNP, SS-A, SS-B, SCL-70, Jo-1)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
83	Epesav (Össz-epesav)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		24 óra	7 nap	12 hónap	A terhesség III. trimeszterében (29. hét) az ajánlott mintavétel: ebéd után 20 és 30 perc között. Nem terheseknél a mintavétel éhgyomri.
84	Faktor II. (II. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 3 óra		4 hét	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
85	Faktor IX. (IX. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 3 óra		4 hét	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
86	Faktor V. (V. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 3 óra		4 hét	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
87	Faktor VII. (VII. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 3 óra		4 hét	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
88	Faktor VIII. (VIII. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 3 óra		2 hét	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
89	Faktor X. (X. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 3 óra		4 hét	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
90	Faktor XI. (XI. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 3 óra		4 hét	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
91	Faktor XII. (XII. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 3 óra		4 hét	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
92	Faktor XIII. (XIII. alvadási faktor)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		3 óra			* 8 óra	* 24 óra	2 hónap	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
93	Fehérje ELFO (szérum)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	Nem fagyasztható	Éhgyomri mintavétel ajánlott.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
94	Fehérje ELFO (vizelet)		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			5 nap	Nem fagyasztható				
95	Fehérje ELFO + paraprotein azonosítás	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24óra		5 nap	Nem fagyasztható		Éhgyomri mintavétel ajánlott.
96	Fenitoin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		7 nap	4 hét		
97	Fenobarbitál		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		24 óra	2 hét		
98	Ferritin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		7 nap	1 év		
99	Fibrinogén		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			* 8 óra	* 24 óra	1 hét	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
100	Follikulus Stimuláló Hormon (FSH)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		14 nap	6 hónap		
101	Folsav		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		Nem tárolható	2 nap	28 nap	Szobahőn nem tárolható.
102	Foszfát	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 nap	1 év	
103	Foszfát, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			6 hónap		-	-	-	Gyűjtés detergensmentes edényben. A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell!
104	Foszfát/kreatinin, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			6 hónap		-	-	-	Reggeli első vagy második vizelet; foszfát /kreatinin ráta számoláshoz a vizelet kreatinin mérés is szükséges.
105	Foszfatidil inozitol elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		5 nap	6 hónap		
106	Foszfatidilszerin IgG elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		5 nap	6 hónap		
107	Foszfatidilszerin IgM elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		5 nap	6 hónap		
108	Foszfolipid antitest szűrés (kardiopilin és β2GPI IgG/IgA/IgM) és azonosítás		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		5 nap	6 hónap		
109	Fruktóz (ejakulátum)	◆	Szeminális plazma	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros fedelű műanyag pohár		*3 óra	*	2 hónap	-	-	-	*! Az ejakulátumot a mintaadás után azonnal fagyasztani szükséges -20C-ra vizsgálatonként külön-külön.(pl három vizsgálat esetén három fagyasztott frakció szükséges) Fagyasztva szállítandó.
110	Fruktózamin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		14 nap	2 hónap		
111	Gamma-glutamil-transzferáz (GGT)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		7 nap	1 év		
112	Gastropanel (Pepszinogén 1-2, Helicobacter pylori, Gasztrin-17)	▲ ◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					*	1 hónap		*! Szigorúan éhgyomri vérélet szükséges. Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztandó -20C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyasztva szállítandó.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
113	GBM elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
114	Glükóz- éhomi, terheléses, post prandialis, időpontos*	▲	Plazma	Szürke kupakos vérvételi cső (NaF)		24 óra	48 óra	Nem tárolható				A jobb stabilitás miatt a ez a mintatípus ajánlott beszállított minták esetén. *PP vércukor időpontját a kezelőorvossal egyeztetni szükséges.
115	Glükóz, liquor		Liquor	Fehér kupakos vérvételi cső		Nem tárolható	mérésig	mérésig	-	-	-	A mintavételt követően a liquort azonnal a laboratóriumba kell juttatni.
116	Glükóz, nem terheléses / nem időpontos	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		3 nap		1 év	Géles csőben centrifugálva 2-8 °C-on 24 óráig tárolható a minta. Glukóz terhelés esetén a minta Na-fluoridos csőben (plazma) küldendő.
117	Glükóz, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	mérésig		-	-	-	Reggeli első, második vagy terhelés utáni vizelet
118	Glükóz, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	mérésig		-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
119	Gyógyszerallergia		Plazma	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		1 óra						Előjegyzés (+36303312892) és mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján. A vizsgálathoz a vérmintán kívül szükséges a vizsgálandó gyógyszer, és annak eredeti csomagolása.
120	Haptoglobin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 hónap()		() Gyártói adat alapján
121	HDL koleszterin, direkt		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
122	HE4 tumormarker		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 nap	3 hónap	
123	Hemoglobin A1c		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		3 nap	1 hét	6 hónap	-	-	-	
124	Higany, teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			7 nap	Nem tárolható	-	-	-	Mintaszállítás minden páros hét szerdáján történik a leinfeldeni laborba, ezért a minta vétele és bejuttatása a csepeli központba azt megelőző 1-2 napban történjen.
125	Higany, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	14 nap	30 nap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 40 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
126	Homocisztein	▲ ◆	Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		*Nem tárolható	Nem tárolható		*Nem tárolható	7nap	3 hónap	*! Vérvétel után a csövet azonnal centrifugálni, a plazmát mádlagos csőbe leönteni és -20 °C-ra fagyasztani szükséges legalább 12 óráig. Fagyasztva szállítandó.
127	Húgysav	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
128	Húgysav, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		24 óra	Nem tárolható		-	-	-	A gyűjtés végén a mintát összekeverjük, és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell. Mielőbb a laboratóriumba juttatandó.
129	Human Chorio-Gonadotropin (HCG)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			3 nap	12 hónap	
130	IgG alostályok	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
131	Immunglobulin A (IgA)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 hónap()	az analízisig	() Gyártói adat alapján
132	Immunglobulin E, (total IgE)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			3 nap	6 hónap	
133	Immunglobulin G (IgG)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 hónap()	az analízisig	() Gyártói adat alapján
134	Immunglobulin G, liquor	▲	Liquor	Adalékmentes dugós műanyag cső			24 óra			3 nap	6 hónap	
135	Immunglobulin M (IgM)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 hónap()	6 hónap()	() Gyártói adat alapján
136	Infertilitás Panel I-II-III		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
137	Inhibin B	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			48 óra	6 hónap	
138	Interleukin 6 (IL6)	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					* 5 óra	* 24 óra	3 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
139	Intrinsic faktor elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
140	Inzulin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						24 óra	6 hónap	
141	Inzulin-szerű növekedési f. IGF-I	■ ◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					* Nem tárolható	* Nem tárolható	1 hónap	*! Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztandó -20C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyasztva szállítandó.
142	Jód - szérum		Szérum	Sötétkék kupakos nyomelemes cső		* Nem tárolható	* Nem tárolható	* Nem tárolható		14 nap	1 hónap	* Mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges (mivel nincs gélszeparátor). A szekunder csöveket sötétkék jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges. Hűtve (+4C) tárolandó és szállítandó.
143	Kadmium, teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét		-	-	-	
144	Kalcitonin	■ ◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					* Nem tárolható	* Nem tárolható	15 nap	*! Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztandó -20C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyasztva szállítandó.
145	Kalcium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		7 nap	21 nap	8 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
146	Kalcium, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	4 nap	21 nap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. A vizeletgyűjtő edénybe előre 10 mL 6N HCl-t kell tenni. Amennyiben szükséges, a gyűjtés végén a vizelet pH-t 1,5-2,0 közé kell állítani további HCl adásával. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
147	Kalcium/kreatinin vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			4 nap	21 nap	-	-	-	Reggeli első vagy második vizelet; Ca/kreatinin ráta számoláshoz a vizelet kreatinin mérés is szükséges.
148	Kálium	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			6 nap	az analízisig	
149	Kálium, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	14 nap	Eltartható	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
150	Karbamazepin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
151	Karbamid	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 év	
152	Karbamid, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	7 nap	1 hónap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
153	Karboxihemoglobin		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		7 nap	1 hónap	Nem tárolható	-	-	-	A mintát szorosan lezárva kell tárolni. A minta megbontása esetén a mérést azonnal el kell végezni.
154	Kardiolipin elleni antitest (szűrés) (IgG/IgA/IgM)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
155	Keton kimutatás vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	5 nap	1 hónap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
156	Klorid		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	eltartható	
157	Klorid, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	7 nap	Eltartható	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
158	Kobalt teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét		-	-	-	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
159	Kobalt vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	14 nap	30 nap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell!
160	Koenzim Q10	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Vérvétel után a minta 20-30 perc múlva centrifugálandó, 1,5 ml szérumot azonnal sötített falú szekunder csőben szeparálni és min. 12 óráig fagyasztani szükséges -20C-on a szállításig.
161	Koleszterin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	3 hónap	
162	Komplement C3	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	8 nap	
163	Komplement C4	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	3 hónap	
164	Kortizol	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 nap	12 hónap	A mintavétel ébredés után 3 órával, éhgyomorra javasolt
165	Kortizol nyál		Nyál	Salivette tartály		24 óra	4 nap	Nem tárolható			2 hónap	Mintavételi tartály és mintavételi útmutató a rendeles@synlab.com -ból igényelhető
166	Kortizol, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	4 nap	12 hónap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
167	Kreatinin, enzimátikus		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	3 hónap	
168	Kreatinin, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			6 nap	6 hónap	-	-	-	Reggeli első vagy második vizelet Analit/kreatinin ráta számoláshoz
169	Kreatinin, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	6 nap	6 hónap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
170	Króm, teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét		-	-	-	
171	Króm, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	14 nap	30 nap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
172	Laktát-dehidrogenáz (LDH)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 nap	6 hét	
173	LDL-koleszterin, direkt		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
174	Leptin	 	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		*	*	6 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
175	Lipáz		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	12 hónap	
176	Lipoprotein-a (Lp(a))		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					*	* 8 óra	7 nap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
177	Lítium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	12 hónap	
178	Lupus antikoaguláns		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			*4 óra		1 hónap	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
179	Luteinizáló Hormon (LH)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
180	M2-PK marker széklet		Széklet	Speciális mintavételi eszköz		48 óra	72 óra	4 hét	-	-	-	A mintavételi eszköz a laboratóriumból igényelhető ld. a speciális mintavételi tájékoztatót is. A nem előírás szerint vett minta (túltöltés/ kevés minta) vizsgálatra nem alkalmas. https://www.synlab.hu/forras/VZp0W4730NSeWGEFBUZu61178m503BwFkn0u.pdf
181	Macro-TSH		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	A vizsgálat csak a https://synlab.hu/content/documents/trf/MAKRO_TSH_20240620.pdf (link) található kérlőlap kitöltésével együtt kérhető
182	Magnézium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 év	
183	Magnézium, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	3 nap		-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
184	Mátrix metalloproteináz 2 (MMP3)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
185	Mellékvese, here: szteroid termelő sejt elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap	6 hónap	
186	Methemoglobin		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		7 nap	1 hónap	Nem tárolható	-	-	-	A mintát szorosan lezárva kell tárolni. A minta megbontása esetén a mérést azonnal el kell végezni.
187	Mikroalbumin		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	1 hónap	Nem tárolható	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
188	Mikroalbumin/kreatinin		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			1 hónap	Nem tárolható	-	-	-	Reggeli első vagy második vizelet Albumin/kreatinin ráta számoláshoz vizelet kreatinin mérés is szükséges.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
189	N-alfa glukozidáz (NAG) (ejakulátum)		Szeminális plazma	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros fedelű műanyag pohár		*4 óra	*	2 hónap	-	-	-	*! Az ejakulátumot a mintaadás után azonnal fagyasztani szükséges -20C-ra vizsgálatonként külön-külön.(pl három vizsgálat esetén három fagyasztott frakció szükséges) Fagyasztva szállítandó.
190	Nátrium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 nap	eltartható	
191	Nátrium, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	14 nap	eltartható	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
192	Neuron specifikus enoláz (NSE)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						*24 óra	1 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
193	Nikkel, teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét		-	-	-	
194	Nikkel, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	14 nap	30 nap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
195	NK sejt citotoxicitás vizsgálata		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		2 óra			-	-	-	Mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján, kedden és csütörtökön de. 9:30-ig
196	Növekedési hormon (h-GH)	 	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					* Nem tárolható	* Nem tárolható	2 hónap	*! Vérvétel előtt 30 perccel teljes nyugalmi állapot szükséges. Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztandó -20C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyasztva szállítandó.
197	NT-ProBNP		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			6 nap	2 év	
198	Ólom , teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét					
199	Onkoneuronális (paraneoplasiás) antitestek: Hu, Ri, Yo amphiphysin, CV2.1 PNMA2, Ma-2/Ta		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
200	Orális glukóz tolerancia teszt (OGTT)		Plazma	Szürke kupakos vérvételi cső (NaF)		24 óra	48 óra	Nem tárolható	-	-	-	75 g glukózt 2-300 mL vízben feloldva a betegnek 5-10 percen belül kell elfogyasztania.
201	Oszteocalcin (N-MID)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			3 nap	3 hónap	
202	Ozmolalitás		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap	az analízisig	Minta szorosan lezárva tartandó.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
203	Ozmolalítás		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			7 nap	Nem tárolható	-	-	-	A vizeletet tilos fagyasztani, szorosan lezárva tartandó.
204	Összfehérje	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			1 hónap	6 hónap	
205	Összfehérje vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	2 nap	1 hónap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
206	Összfehérje, liquor		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			3 nap	1 év				
207	Összfehérje/kreatinin vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			2 nap	1 hónap	-	-	-	Reggeli első vagy második vizelet; fehérje/kreatinin ráta számoláshoz a vizelet kreatinin mérés is szükséges.
208	Ösztadiol (E2)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 nap	6 hónap	
209	Pancreas szigetsejt elleni AT		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
210	Parathormon, intakt	■ ●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					*	*24 óra	6 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
211	PMN elasztáz ejakulátum	◆	Szeminális plazma	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros fedelű műanyag pohár			*	12 hónap	-	-	-	*! Az ejakulátumot a mintaadás után azonnal fagyasztani szükséges -20C-ra vizsgálatonként külön-külön.(pl három vizsgálat esetén három fagyasztott frakció szükséges) Fagyasztva szállítandó.
212	Progeszteron		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
213	Prokalcitonin (PCT)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			48 óra	3 hónap	
214	Prolactin	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	A mintavétel ébredés után 3 órával, éhgyomorra javasolt
215	Prostata specifikus antigén, szabad (fPSA)	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			* 24 óra	3 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
216	Prostata specifikus antigén, total		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			48 óra	6 hónap	
217	Protein C	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			*4 óra		1 hónap	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
218	Protein S	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			*4 óra		1 hónap	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (32.sor)
219	Prothrombin elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
220	Prothrombin idő		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		8 óra	* Nem tárolható		8 óra	* Nem tárolható	14 nap	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
221	Pszeudo-kolinszteráz		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	12 hónap	
222	Punkciós folyadék kémiai vizsgálata		Punkciós folyadék	Adalékmentes dugós műanyag cső		4 óra	4 óra					
223	Renin - direkt	 	Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			Nem tárolható			* Nem tárolható	2 hónap	*! A mintavétel után a vérvételi csövet azonnal le kell centrifugálni és -20C-ra fagyasztani a szállításhoz leglább 12 óráig. Figyelem: Hűtőszekrényben (4 °C) nem tartható. Vérvétel előtt minimum 30 perces állás és vagy fekvés szükséges.
224	Reverz T3		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			2 nap			7 nap	2 hónap	
225	Réz - szérum		Szérum	Sötétkék kupakos nyomelemes cső		* Nem tárolható	* Nem tárolható	* Nem tárolható		14 nap	1 hónap	* Mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges (mivel nincs gélszeparátor). A szekunder csöveket sötétkék jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges. Hűtve (+4C) tárolandó és szállítandó.
226	Réz, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			7 nap	2 hónap	-	-	-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
227	Rheuma faktor		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	3 hónap	
228	S100 protein		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						* 24 óra	az analízisig	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 óráig -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
229	Sejtszám, liquor		Liquor	Fehér kupakos vérvételi cső		1 óra	24 óra		-	-	-	A mintavételt követően a liquort azonnal a laboratóriumba kell juttatni.
230	Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			6 nap	1 hónap	
231	Spermium elleni antitest (szérum)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 nap	12 hónap	
232	Széket vér (human specifikus) kimutatás automatával történő analízissel		Széket	Stéklettartály FOB GOLD speciális széket mintavételi eszköz (cső)		7 nap	14 nap		-	-	-	Feldolgozásra csak az eszközhöz mellékelt mintavételi útmutató szerint küldött minta alkalmas. http://www.vetlab.hu/page/6162FCB-C00t-szelet-vor-mintavev-eszkozok-Mintavev-eszkozok_20201112.pdf
233	Széket vér (human specifikus) kimutatás manuális analízissel		Széket	Széket tartály			3 hónap	2 év	-	-	-	A széket tartály nem helyettesíthető más tárolókkal, a feldolgozáshoz csak borsónyi széket mennyiség szükséges.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
234	Szélén - szérum		Szérum	Sötétkék kupakos nyomelemes cső		* Nem tárolható	* Nem tárolható	* Nem tárolható		14 nap	1 hónap	* Mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülülő szőrző szeparálása szükséges (mivel nincs gélszeparátor). A szekunder csőveket sötétkék jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges. Hűtve (+4C) tárolandó és szállítandó.
235	Szulobilis transzferrin receptor	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	3 hónap	
236	Táplálék intolerancia panel (221 táplálék)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			2 nap			7 nap	2 hónap	
237	Táplálék intolerancia panelek (46 vagy 108 táplálék)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
238	Teljes vizelet vizsgálat		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros tetejű pohár		* 2 óra		Nem tárolható	-	-	-	* Mosakodás utáni aznapi reggeli első vagy második (a mintavételi helyen adott) vizelet.
239	Terhességi preeklampszia szűrés - Placenta eredetű növekedési faktor (PIGF), Szulobilis Fms-szerű tirozin-kináz-1 (sFit-1)	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			*24 óra	6 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó. 2x300 mikroliter fagyasztott minta küldése szükséges.
240	Terhességi próba (HCG kimutatás)		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros tetejű pohár			48 óra		-	-	-	Reggeli első vizelet
241	Terhesség első trimeszteri biokémiai szűrés (PAPP-A, Free Beta HCG)	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			*24 óra	6 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó. 2x300 mikroliter fagyasztott minta küldése szükséges.
242	Th1/Th2 citokinek vizsgálata	■	Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		2 óra			-	-	-	Mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján, kedden és csütörtökön de. 9:30-ig
243	Thrombin idő		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			*4 óra	*4 óra	14 nap	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
244	Thrombophilia immun panel (PL AT szűrés, Annexin AT, Prothr AT, P-szerinAT)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
245	Thyreoglobulin (TG)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			3 nap	1 hónap	
246	Thyreoglobulin elleni antitest (anti-Tg)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			2 nap			3 nap	1 hónap	
247	Thyreoida-peroxidáz elleni antitest (Anti-TPO)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			2 nap			3 nap	1 hónap	
248	Thyreoida-Stimuláló Hormon, szuperszenzitív (hTSH)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
249	Tiroxin, szabad (FT4)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
250	Totál tesztoszteron	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
251	TPA	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					* 24 óra	az analízisig		* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
252	Transzferrin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	6 hónap	
253	Transzglutamináz IgA/ IgG autoantitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
254	Triglicerid		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		24 óra	7 nap	3 hónap	
255	Trijód-tironin, szabad (FT3)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
256	Trijód-tironin, totál (TT3)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					8 óra	48 óra	1 hónap	
257	Troponin-I, (Kardiális Triponin I) magas szenzitivitású	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					*8 óra	* 24 óra	40 nap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
258	Troponin-T, (Kardiális Troponin T) magas szenzitivitású	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						* 24 óra	12 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
259	TSH receptor elleni stimuláló autoantitest (TSI)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		24 óra	7 nap	12 hónap	
260	TSH receptor elleni autoantitest (TRAK)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			6 nap	12 hónap	
261	Üledék, liquor		Liquor	Fehér kupakos vérvételi cső		1 óra	24 óra		-	-	-	A mintavételt követően a liquort azonnal a laboratóriumba kell juttatni.
262	Valproinsav		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
263	Vas	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			21 nap	analízisig	
264	Véralkohol		Plazma	Szürke kupakos vérvételi cső (NaF)			3 nap	Nem tárolható				Az alkohol illékonyasága miatt primer mintaküldés szükséges. A mintát szorosan lezárva kell tárolni. A minta megbontása esetén a mérést azonnal el kell végezni. Amennyiben ismétlés szükséges, az alkohol párolgása miatt azt új mintából kell elvégezni.
265	Vércsoport meghatározás ellenanyag szűréssel		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA) minimum. 6 ml!			5 nap		-	-	-	
266	Vérkép- EDTA indukálta pszeudotrombocitopénia esetén	■	Teljes vér	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		24 óra		Nem tárolható				

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2025.03.27. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégezési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
267	Vérkép mennyiségi és minőségi /retikulocita/ perifériás kenet készítés		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		8 óra		Nem tárolható	-	-	-	
268	Vesekő analízis		Vesekő	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros tetejű pohár		Tárolható			-	-	-	
269	Vitamin A		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Vérvétel után a minta 20-30 perc múlva centrifugálandó, 1,5 ml szérumot azonnal sötített falú szekunder csőben szeparálni és min. 12 óráig fagyasztani szükséges -20C-on a szállításig.
270	Vitamin B1		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
271	Vitamin B2		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
272	Vitamin B3		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
273	Vitamin B5		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
274	Vitamin B6		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
275	Vitamin C		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	5 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
276	Vitamin E		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
277	Vitamin H		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	7 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
278	Vitamin K1		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső				* Nem tárolható	* Nem tárolható	*Nem tárolható	5 nap	*! Lásd részletesen a Vitamin A-nál (265.sor)
279	von Willebrand antigén		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			* 4óra		1 hónap	*! Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
280	Vörösvértest süllyedési sebesség (We)		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		4 óra	24 óra	Nem tárolható	-	-	-	